



### TEHNICKA SPECIFIKACIJA

ODVODI standardi 12 odvoda

ULAZNI SIGNAL zastitita defibrilacije

Inhibitor pulsnog ritma

ULAZNA IMPEDANCA

ULAZNA

PROMENA ODVODA

OSTLJIVOST 5,10, 20 mm/mv

FILTER: AC 50Hz -20dB

EMG: 35-45Hz -3dB

DEPOLARIZACIONA VOLTAZA +/- 300Mv

CMRR 110dB

KALIBRACIONA VOLTAZA 1mV +/- 3%

KONSTANTNO VREME 3.2S (0, +20%)

KONTROLA BAZALNE LINIJE: Automatsko, Manualno, zastita pogreske odvoda

ODVOD SRCANOG RITMA: slobodni izbor

OPERATIVNI MODOVI: Automatsko, Manualno, zastita pogreske odvoda

FREKVENTNI ODGOVOR: 0,05-100Hz ( -3dB)

BRZINA PAPIRA: 25,50mm/sec+/-3%

VREME UZORKA 1,25ms

A/D KONVERZIJA: 12bit



**Sediste:**  
 Vojvodjanska 366g, 11271 Beograd, SCG  
 Tel/Fax: +381/11/8442-500  
**Prezentacijski centar:**  
 Maksima Gorkog 13/I, 11000 Beograd, SCG  
 Tel/Fax: +381/11/438-153  
 Mobilni: +381/63/246-076